

“纤维输尿管肾镜等设备采购”院内论证公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对设备科申请的“纤维输尿管肾镜等设备采购”项目进行院内论证，欢迎符合条件的供应商前来报名，现将本次论证的有关事项公告如下：

1、项目编号：GLSZYYY202331

2、项目名称：纤维输尿管肾镜等设备采购

3、资金来源：财政资金

4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

6、报名时间：2023年7月28日-8月4日（上午8：00-12：00，下午15：00-18：00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。

7、会议时间：另行通知（报名商家应密切留意本网站最新会议时间公告通知）。

8、现场报名地点：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室。（现场报名厂商需一并提交报名资料电子版）；网上报名：报名邮箱 glzyyzbb@163.com。报名资料详细要求见附件。

（注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）

9、联系人及电话：谢老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2023年7月28日

附件 1. 桂林市中医医院院内论证会报名表

报名单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
参会项目 (参会商家必填)			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			

报名指定邮箱: glzyyzbb@163.com; **1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息: 项目编号+项目名称 (多项目时需注明对应报价表中的序号)+公司名称; 2. 报名表需发电子 word 文档, word 文档的文件名需注明: 项目编号+项目名称+公司名称; 3. 不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

1. 参会商家把填写完整报名表 (**word 文档**)、相关资质证明 (**PDF 文档**) **【三证合一营业执照复印件 (盖鲜章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书 (盖鲜章, 授权委托时须提供)、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明 (原件备查, 授权委托时须提供) 及供应商相关项目资质证明合成 PDF 文档】**上传到指定邮箱, 即完成商家参会报名手续。

2. 商家完成报名手续后即准备参会文件, 参会文件包含 (**以下内容很重要, 请仔细阅读并按顺序装订成册**):

- ①报价表;
- ②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等;
- ③商家三证合一的营业执照、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书 (授权委托时须提供)、授权委托代理人身份证复印件 (授权委托时须提供)、由县级以上(含县级)社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人缴纳的 2023 年中近三个月的社保证明复印件 (委托代理时必须提供, 投标单位成立不足 1 个月的无须提供);
- ④企业生产、经营许可证、产品注册证及供应商相关资质;
- ⑤提供 2020 年以来与本次投标产品相同品牌型号/项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印件至少 2 份 (需加盖公章);
- ⑥售后服务、产品保修期、公司业绩、联系人及电话等相关资料。参会资料要求


印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本1份，副本8份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑦参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容、产品性能等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本需装订成册、副本装订样式。



附件 2. 项目报价表

单位：万元

供应商 (盖章)：									
联系人：					联系电话：				
序号	产品名称	数量	单位	生产厂家	品牌型号	单价	总价	质保期限	备注
1									
2									
	合计								
此项目为交钥匙项目，以上报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试、计量检测、接入医院信息系统，直至验收合格交付及质保期间所									

发生的所有费用。按国家有关产品三包规定执行“三包”政策，质保期内故障时间顺延保修期。

附件 3. 项目采购需求

序号	名称	技术参数、规格、性能及配置	数量	预算单价 (万元)																					
1	8/9.8Fr 纤维输 尿管肾 镜	1. 镜管插入端 $\leq 8/9.8\text{Fr}$; 2. 有效工作长度 $\geq 430\text{mm}$ 、有效使用工作通道 $\geq 5\text{Fr}$; 3. 视向角： $\geq 12^\circ$ ，视场角： $\geq 84^\circ$ ； 4. 景深： $\geq 20\text{ mm}$; 5. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性； 6. 左右双通道进水设计，金属水阀； 7. 镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性； 8. 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损； 9. 目镜符合 ISO 标准； 10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒。 11. 配置要求： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>硬性纤维输尿管肾镜</td> <td>2 条</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>硅胶帽，5 个/包</td> <td>2 包</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>薄膜阀，5 个/包</td> <td>2 包</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>导光索接头</td> <td>2 个</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>消毒盒</td> <td>2 只</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>取石钳</td> <td>2 把</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	1	硬性纤维输尿管肾镜	2 条	2	硅胶帽，5 个/包	2 包	3	薄膜阀，5 个/包	2 包	4	导光索接头	2 个	5	消毒盒	2 只	6	取石钳	2 把	2 条	5.0
序号	产品名称	数量																							
1	硬性纤维输尿管肾镜	2 条																							
2	硅胶帽，5 个/包	2 包																							
3	薄膜阀，5 个/包	2 包																							
4	导光索接头	2 个																							
5	消毒盒	2 只																							
6	取石钳	2 把																							
2	6/7.5Fr 纤维输 尿管肾 镜	1. 镜管插入端 $\leq 6/7.5\text{Fr}$; 2. 有效工作长度 $\geq 430\text{mm}$ 、有效使用工作通道 $\geq 4\text{Fr}$; 3. 视向角： $\geq 0^\circ$ ，视场角： $\geq 84^\circ$ ； 4. 景深： $\geq 20\text{ mm}$; 5. 一体化镜桥，激光焊接确保密封性； 6. 左右双通道进水设计，金属水阀； 7. 镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性； 8. 物镜采用蓝宝石镜片密封，不易磨损； 9. 目镜符合 ISO 标准； 10. 适用于环氧乙烷、低温等离子消毒。 11. 配置要求： <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>硬性纤维输尿管肾镜</td> <td>1 条</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>硅胶帽，5 个/包</td> <td>1 包</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>薄膜阀，5 个/包</td> <td>1 包</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	1	硬性纤维输尿管肾镜	1 条	2	硅胶帽，5 个/包	1 包	3	薄膜阀，5 个/包	1 包	1 条	5.0									
序号	产品名称	数量																							
1	硬性纤维输尿管肾镜	1 条																							
2	硅胶帽，5 个/包	1 包																							
3	薄膜阀，5 个/包	1 包																							

			4	导光索接头	1 个									
			5	消毒盒	1 只									
			6	取石钳	1 把									
3	高清腹腔内窥镜	<p>1. 超高分辨率，适配 4K 摄像系统；</p> <p>2. 视向角：$\geq 30^\circ$，视野角：$\geq 70^\circ$；</p> <p>3. 直径：$\leq 10\text{mm}$，工作长度：$\geq 320\text{mm}$。</p> <p>4. 可高温高压灭菌或低温等离子灭菌。</p> <p>5. 配置要求：</p> <table border="1" data-bbox="481 533 1077 685"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>高清腹腔内窥镜</td> <td>1 条</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>消毒盒</td> <td>1 只</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	数量	1	高清腹腔内窥镜	1 条	2	消毒盒	1 只		1 条	15.0
序号	产品名称	数量												
1	高清腹腔内窥镜	1 条												
2	消毒盒	1 只												
商务要求														
	合同总价	合同总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs, lis 等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。												
	售后服务要求及保修期	<p>1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于 2 年，质保期内故障时间顺延质保期。</p> <p>2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 1 个小时内响应，6 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复；重大故障处理时限不超过 48 小时修复，若 72 小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。</p> <p>3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少 1 次。</p> <p>4、提供医院要求培训能力。</p>												

附件 4：技术参数偏离表

供应商：

响应产品品牌/型号：

项目	医院设备需求 (条目式)	参加招标设备 参数	偏离情况 (无偏离/正偏离/ 负偏离)	其他
设备需求	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
配置清单	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
培训	1.			
	2.			